

Instituto Superior de Agronomia  
Tapada da Ajuda  
1349-017, Lisboa, Portugal  
+351 213653246

ISA - Instituto Superior de Agronomia  
Tapada da Ajuda  
1349-017, Lisboa, Portugal  
213653100

Protocolo : Alveógrafo HC  
Nome do ficheiro : 1610250201[45]  
Nome do ensaio : FarinhaT55\_BolosNacional  
Comentários :

Data e hora do ensaio : 25-10-2016 16:42:05  
Nome do parceiro : ISA - Instituto Superior de Agronomia  
Produto : Laboratory wheat flour  
S/N : 77  
A. : 1.3.6

**Temperatura**

Água : 20,1 °C  
Amassadeira : 24 °C  
Câmara de repouso : 24,9 °C  
Câmara do alveógrafo : 20 °C

**Parâmetros**

Higrometria : 89,2 %  
Humidade : 13,55 %  
Hidratação : 50 %  
Base de hidratação : B15% H2O  
Quantidade de água : 131,4 mL  
Peso da farinha : 250 g

**Resultados padrão**

P : 105 mmH2O  
L : 106 mm  
G : 22,9  
W : 179 10-4J  
P/L : 0,99  
Ie : 15,8 %

**Curva Alveógrafo**

